

Số: 169/BVTT-KD-CLS
V/v mời báo giá mua hóa chất
xét nghiệm năm 2023

Yên Bái, ngày 28 tháng 3 năm 2023

Kính gửi: Các công ty kinh doanh hóa chất xét nghiệm

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của chính phủ Quy định về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT- BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị thuộc lực lượng công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT- BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị thuộc lực lượng công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở Y tế công lập; Thông tư số 14/2022/TT-BYT ngày 06/12/2022 của Bộ Y tế bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng bộ y tế ban hành liên tịch ban hành;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 02/08/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái; Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 19/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái sửa đổi một số điều của Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định 1248/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái;

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng hóa chất xét nghiệm tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái.

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hóa chất cho máy xét nghiệm huyết học tự động 18 thông số phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái năm 2023. Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái đề nghị các Quý Công ty báo giá để xây dựng kế hoạch mua sắm phù hợp theo danh mục sau: *(có phụ lục chi tiết kèm theo)*

Đề nghị Công ty cung cấp gửi báo giá để đơn vị làm căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm.

Hình thức nhận báo giá: 01 bản hoặc trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện và 01 bản gửi bản điện tử về địa chỉ hòm thư huongduocyb@gmail.com.

Địa điểm nhận báo giá: Khoa Dược - Cận lâm sàng Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái.


Địa chỉ: Đường Đá Bia, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Số điện thoại liên hệ: 0912.373.146 (Ds Đặng Thị Thu Hương)

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT; KD-CLS.



Phụ lục
(Kèm theo Công văn số 169/BVTT-KD-CLS ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái)

Tên BHYT	Yêu cầu/ Tiêu chuẩn kỹ thuật (điều chỉnh tiêu chí kỹ thuật)	Phân nhóm theo TT 14/2020 /TT- BYT	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng có VAT)	Thành tiền (VND)	Thông tin tham chiếu				
							Giá kê khai	Mã kê khai	Lĩnh giá kê khai	Tên thương mại	Hãng/ nước sản xuất
Chất xét nghiệm huyết học (Yêu cầu cung cấp, cài đặt và sử dụng được cho máy xét nghiệm huyết học Mythic 18)											
IVD pha loãng dùng cho máy xét nghiệm huyết học	- Là dung dịch dùng để pha loãng mẫu máu trước khi xét nghiệm và để duy trì môi trường thích hợp trong quá trình xét nghiệm trên máy phân tích huyết học. Dung dịch dùng để hòa chất ly giải, dung dịch rửa. - Thành phần: Mythic 18 Diluent chứa axit boric. - Tương thích với máy xét nghiệm huyết học Mythic 18 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Nhóm 3	ml	80.000	475	38.016.000					
IVD ly giải dùng cho máy xét nghiệm huyết học	- Dung dịch dùng để ly giải hồng cầu để giải phóng hemoglobin để dùng trong các xét nghiệm hemoglobin xa hơn trên máy phân tích huyết học. Nó chuẩn bị quá trình cho phân tích các thành phần bạch cầu. - Dung dịch dùng để rửa và diluent. - Chứa các chất hoạt động bề mặt có tác dụng ly giải các tế bào hồng cầu và các chất bảo vệ bạch cầu giúp bảo vệ trạng thái của bạch cầu để cho phép sự biệt hóa các thành phần bạch cầu. - Các thành phần hoạt động trong hóa chất: - Muối amoni bạc bốn 2.25% - Kali clorua - Imidazole - Chất ổn định - Tương thích với máy xét nghiệm huyết học Mythic 18' - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Nhóm 3	ml	2.500	10.800	27.000.000					

Tên BHYT	Yêu cầu/ Tiêu chuẩn kỹ thuật (điều chỉnh tiêu chí kỹ thuật)	Phân nhóm theo TT 14/2020 /TT- BYT	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng có VAT)	Thành tiền (VNĐ)	Thông tin tham chiếu					
							Giá kê khai	Mã kê khai	Lĩnh giá kê khai	Tên thương mại	Hãng/ nước sản xuất	Quy cách đóng gói
3	IVD rửa dùng cho máy huyết học - Dung dịch nhằm loại bỏ các chất còn sót lại của vật liệu sinh học khỏi hệ thống đo của máy phân tích huyết học. - Chứa các chất hoạt động bề mặt và một loại enzyme có thể hòa tan và loại bỏ các hạt hữu cơ lớn. - Dùng kèm với hóa chất ly giải, diluent. - Thành phần: có chứa axit boric. - Các thành phần hoạt động trong hóa chất: - BRJ 35: 0.25 % - EMPIGEN BB: 0.09 % - EVERIS PRECISE: 0.02 % - Natri clorua - Đệm - Chất ổn định - Chất bảo quản - Tương thích với máy xét nghiệm huyết học Mythic 18 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Nhóm 3	ml	4.000	5.266	21.064.000						
4	IVD rửa dùng cho máy huyết học - Dung dịch dùng để làm sạch định kỳ và khẩn cấp hệ thống đo của máy phân tích huyết học. Là một dung dịch đậm đặc của hypoclorit dùng để làm sạch oxy hóa chuyên sâu, trắng và rửa hệ thống đo của máy phân tích huyết học, được sử dụng để loại bỏ cặn lắng hình thành từ các mẫu được xét nghiệm. - Thành phần: chứa natri hypoclorit. - Các thành phần hoạt động trong hóa chất: - Active chlorine - Natri Hidroxit - Chất ổn định - Natri clorua - Tương thích với máy xét nghiệm huyết học Mythic 18 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Nhóm 3	ml	500	15.048	7.524.000						
5	Chất chuẩn xét nghiệm huyết học - Chất hiệu chuẩn sử dụng trong hiệu chuẩn máy phân tích huyết học - Là một chế phẩm máu toàn phần, ổn định có thể được sử dụng để xác minh và điều chỉnh việc hiệu chuẩn các thiết bị huyết học - Hóa chất bao gồm: erythrocyte người, leukocyte đông vật có vú và tiểu cầu đông vật có vú trong chất lỏng giống huyết tương cùng chất bảo quản. - Tương thích với máy xét nghiệm huyết học Mythic 18 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Nhóm 3	ml	5	520.000	2.600.000						

Phụ lục
(Kèm theo Công văn số 169/BVTT-KD-CLS ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái)

Tên TBYT	Yêu cầu/ Tiêu chuẩn kỹ thuật (Điều chỉnh tiêu chí kỹ thuật)	Phân nhóm theo TT 14/2020 /TT-BYT	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng có VAT)	Thành tiền (VND)	Thông tin tham chiếu				
							Giá kê khai	Mã kê khai	Linh giá kê khai	Tên thương mại	Hãng/ nước sản xuất
1. Chất xét nghiệm huyết học (Yêu cầu cung cấp, cài đặt và sử dụng được cho máy xét nghiệm huyết học Mythic 18)											
IVD pha loãng dùng cho máy xét nghiệm huyết học	- Là dung dịch dùng để pha loãng mẫu máu trước khi xét nghiệm và để duy trì môi trường thích hợp trong quá trình xét nghiệm trên máy phân tích huyết học. Dung dịch dùng để pha loãng chất ly giải, dung dịch rửa. - Thành phần: Mythic 18 Diluent chứa axit boric. - Tương thích với máy xét nghiệm huyết học Mythic 18 - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Nhóm 3	ml	80.000	475	38.016.000					
IVD ly giải dùng cho máy xét nghiệm huyết học	- Dung dịch dùng để ly giải hồng cầu để giải phóng hemoglobin để dùng trong các xét nghiệm hemoglobin xa hơn trên máy phân tích huyết học. Nó chuẩn bị quá trình cho phân tích các thành phần bạch cầu. - Dung dịch dùng để ly giải hồng cầu để giải phóng hemoglobin để dùng trong các xét nghiệm hemoglobin để giải các chất hoạt động bề mặt có tác dụng ly giải các tế bào hồng cầu và các chất bảo vệ bạch cầu giúp bảo vệ trạng thái của bạch cầu để cho phép sự biệt ly biệt hóa các thành phần bạch cầu. - Các thành phần hoạt động trong hóa chất: - Muối amoni bậc bốn 2.25% - Kali clorua - Imidazole - Chất ổn định - Tương thích với máy xét nghiệm huyết học Mythic 18' - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Nhóm 3	ml	2.500	10.800	27.000.000					